



事務連絡

平成20年8月25日

各市町介護保険担当者 様

各健康福祉センター介護保険担当者 様

栃木県保健福祉部高齢対策課介護保険班

電動介護リフト、電動車いす（ハンドル形）、介護ベッド用手すり及び介護ベッドに係る
重大事故に係る公表について（注意喚起）

このことについて、厚生労働省老健局計画課他から、別添のとおり通知がありましたので、送付
します。

なお、本県ホームページにも掲載しておりますので御承知願います。

○掲載場所

栃木県ホームページ

トップ > 福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 福祉用具使用に際しての安全確保について

(<http://www.pref.tochigi.lg.jp/welfare/koureisha/kaigohoken/>)

介護保険班 担当：川堀

NW-TEL 9-500-3153

NW-FAX 9-500-3925



事 務 連 絡

平成20年7月22日

各都道府県介護保険担当課（室）御中

厚生労働省老健局 計 画 課
振 興 課
老人保健課

電動介護リフト、電動車いす（ハンドル形）、介護ベッド用手すり
及び介護ベッドに係る重大事故に係る公表について（注意喚起）

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について経済産業省が別添1～別添3のとおり公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

平成20年6月18日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち石油ストーブ(開放式)2件、ガスこんろ(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うちテレビ(ブラウン管型)1件、照明器具1件、ホームベーカリー1件、
充電式懐中電灯1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 11件
(うち電動介護リフト1件、テレビ(ビデオ一体型)1件、殺菌ランプ1件、
電気こんろ1件、脚立1件、電気冷蔵庫1件、電気掃除機1件、
電気便座1件、冷凍庫1件、靴(婦人用)1件、ドライヤー1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 1件
(うちガスこんろ(LPガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) ソニーイーエムシーエス株式会社が製造したテレビ(ブラウン管型)
(管理番号 A200800267)

① 事故再発防止策について

コンデンサーの一部に不具合があり、視聴中に、部品内部で絶縁破壊をおこし、異臭・発煙の可能性があります。このため、製造事業者であるソニーイーエムシーエス

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日県	備考
A200800266	平成20年6月3日	平成20年6月12日	電動介護リフト	重傷1名	当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリングシートから身体がすり抜けて落下した。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800268	平成20年2月23日	平成20年6月12日	テレビ(ビデオ一体型)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も旨め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A200800269	平成20年4月16日	平成20年6月12日	殺菌ランプ	重傷1名 軽傷1名	当該製品をキッチンライトとして使用していたところ、皮膚が炎症した。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200800271	平成20年6月1日	平成20年6月12日	電気こんろ	火災	外出中に当該製品の上に置いていたカセットコンロのガスボンベが爆発した。現在、原因を調査中。	京都府	
A200800272	平成20年6月1日	平成20年6月13日	脚立	重傷1名	ベランダに設置していた当該製品の踏板最下段に取り付けられている補強ステーの隙間に右足薬指を挟み転倒し、右足薬指を切断した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200800274	平成20年5月11日	平成20年6月13日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
A200800276	平成20年6月6日	平成20年6月13日	電気掃除機	火災	当該製品を使用中に発煙して、ホースの一部が焦げた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800280	平成20年3月24日	平成20年6月13日	電気便座	重傷1名	当該製品を使用中に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	岩手県	
A200800281	平成20年6月6日	平成20年6月13日	冷凍庫	火災	当該製品付近から出火しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	群馬県	

平成 20 年 7 月 1 日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 0 件
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 8 件
(うち木製香台 1 件、竹線香(お香) 1 件、電動車いす(ハンドル形) 1 件、
電気こんろ 1 件、電気冷蔵庫 1 件、エアコン(室外機) 1 件、
テレビ(ブラウン管型) 1 件、照明器具 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
(うち加湿器 1 件、電子レンジ 1 件、電気冷蔵庫 2 件、電気こんろ 1 件、
水槽用ヒーター 1 件、折りたたみ扉 1 件、エアコン(室外機) 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 1 件
(うちガスこんろ(LPガス用) 1 件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス㈱)製電気こんろ(一口)
(管理番号 A200800326)

※(タカラスタANDARD㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの)

①事故再発防止策について

昭和 63 年 10 月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700990	平成20年2月7日	平成20年2月18日	木製香台	ネイチャートリツプ ブイースタン ボックス プラウ ン	株式会社グローバル プロダクトブランニン グ	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、当該製品に竹線香をセットして使用する際、香台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香から出た炎が香台のフタに燃え移ったものと思われるが、香台の取扱説明書や表示には使用時のフタの取り扱いについての記載が無く、フタを閉めて他の竹線香を使用した場合でもフタ裏が焦げることが確認されたことから、表示の不備及び材料の選定が不適切であったものと思われる。	大阪府	A200800153と同 一事故 平成20年2月22日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200800153	平成20年2月7日	平成20年5月9日	竹線香(お香)	スティック イン センス ジャズベ リー	株式会社マリッサ ワールドトレーデ ィン グ	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用していたところ、香台から出火していた。香台が焼損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、竹線香の香粉茶の製造工程において材料攪拌が不十分なため、香粉茶を燃焼促進させる硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部に発生していたと見られ、その竹線香に点火した際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、香台を延焼させたと思われる。	大阪府	A200700990と同 一事故 平成20年5月13日に製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A200800325	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電動車いす(ハンド ル形)	ET-4DⅢ型	スズキ株式会社	火災	当該製品で走行中に、椅子の下部より異音が生じて発火、全焼した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A200800326	平成17年8月下旬	平成20年6月26日	電気こんろ	HT-1250(カラス タ グ ン に 組 み 込 ま れ た も の)	日立熱器具株式会社 (現 日立アプライア ンス 株式会社)	火災	当該製品の右側に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。	埼玉県	事業者による 無償改修実施
A200800329	平成20年6月22日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	ER-F43MA-G	株式会社富士通ゼネ ラル	火災	当該製品から出ている臭いと煙に気付き、扉を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネクタの一部に流れ込み、端子間のスパークによりコネクタの一部から発煙したと思われる。	滋賀県	平成17年9月2 日からリコール 実施

平成20年7月18日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うちガスふろがま(LPガス用)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うちウォーターサーバー1件、エアコン(室外機)1件、電気こんろ2件、
介護ベッド用手すり1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8件
(うち薪だきふろがま1件、携帯電話1件、介護ベッド1件、
充電器(携帯電話用)1件、ジュースミキサー1件、電気毛布1件、
エアコン1件、温水洗浄便座1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス(株))製電気こんろ

※タカラスタンダード(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの(一口)

(管理番号 A200800387)

※日立アプライアンス(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの(上面操作一口)

(管理番号 A200800388)

①事故再発防止策について

(2) パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり (管理番号 A200800396)

① 消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護するの方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：横田、義経、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200700239	平成19年7月7日	平成19年7月18日	ウォーターサーパー	G-01A	株式会社エーファクトリー	火災	当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった冷蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と推測される。	福岡県	平成19年7月20日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200700477	平成19年9月19日	平成19年10月1日	エアコン(室外機)	SAP-U191C	三洋電機株式会社	火災	エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。事故原因は、真期使用によりファンモーターとコンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものと推測される。	大阪府	平成19年10月5日に製品起因が否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200800387	平成20年7月3日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1250(カラスダダート製ミキサーに組み込まれたもの)	日立熱器株式会社(現日立アプライアンス株式会社)	火災	外出先から帰宅すると部屋全体が焼け、キッチン付近で火が燃っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものと推測される。	愛知県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800388	平成20年7月4日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1290	日立熱器株式会社(現日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の上のせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダンボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものと推測される。	大阪府	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドに設置した当該製品の下の横棒に頭が引っかかった状態で発見された。当該製品の下の横棒とマットレスのすき間から体がすり落ち、頭が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。このように、介護ベッド用手すりには隙間の狭み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	鹿児島県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800384	平成20年7月1日	平成20年7月14日	薪だきふろがま	火災	薪で風呂を沸かした後、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800385	平成20年7月1日	平成20年7月14日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の上で当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同一事故
A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位置の状態にしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800389	平成20年7月1日	平成20年7月14日	充電器(携帯電話用)	火災 軽傷1名	布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同一事故
A200800391	平成20年6月21日	平成20年7月15日	ジュースミキサー	重傷1名	当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800392	平成20年7月1日	平成20年7月15日	電気毛布	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源コードが介護ベッドの安全柵に巻き付けられており、この部分からの出火の可能性はあるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800394	平成20年7月5日	平成20年7月16日	エアコン	火災	当該製品を使用していたところ異音が生じ、当該製品右下から発煙・発火した。電源電線にねじり接続が確認されており、図施工による焼損の可能性はあるが、現在、原因を調査中。	広島県	
A200800395	平成20年7月9日	平成20年7月16日	温水洗浄便座	火災	家人がトイレから出火しているのに気づき、消火した。当該製品の一部分が焼損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	

介護ベッド用手すり (管理番号 : 200800396)

