

仕 様 書

1 品名・購入台数

デジタル粉じん計 2台

2 付属品

- (1) 収納ケース
- (2) ハンドストラップもしくはショルダーベルト等
- (3) 乾電池
- (4) ACアダプター
- (5) その他、操作ガイド等

3 機種選定条件（機能・性能等）

- (1) 学校環境衛生基準に基づく、「換気及び保温等」のうち「(4)浮遊粉じん」の測定ができること。
- (2) 測定原理は光散乱方式であること。
- (3) 測定範囲は、 $0.001 \sim 10.000 \text{mg}/\text{m}^3$ 以上であること。
- (4) 測定感度は、 $1 \text{CPM} = 0.001 \text{mg}/\text{m}^3$ 程度を持つこと。
- (5) 測定値、測定時間、測定モード、電池残量、K値の表示機能があること。
- (6) 乾電池、ACアダプターのどちらでも稼働が可能であること。

4 銘柄等

- ・ 柴田科学 デジタル粉じん計 LD-3S 型
- ・ その他、上記銘柄の性能と同等品以上のもの

5 納入条件

納入時に、機器の故障・不具合等がないことを、納入先担当者の立会いの下、確認できること。
また、更新に伴い不用となった機器の引き取りができること。

6 納入期限

令和7年10月20日（月曜日）

7 納入場所

宇都宮市旭1-1-5 宇都宮市教育委員会事務局学校健康課

8 その他

- (1) 同等品で見積しようとするものは、事前に同等性を証明する書類（価格の記載されたカタログ等）を教育企画課まで提出し、承諾を得ること。
- (2) 納入の際は、事前に納入予定日時を宇都宮市教育委員会事務局学校健康課に連絡し、指示する場所に設置すること。
- (3) 必要に応じ、取り扱い及び操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 本仕様書に定めのない事項については担当の指示に従うこと。

（担当）

学校健康課

学校保健体育グループ 仁藤，目黒

電話：028-632-2756